

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ**

СЕРТИФИКАТ

об утверждении типа средств измерений
№ 86335-22

Срок действия утверждения типа до 3 августа 2027 г.

НАИМЕНОВАНИЕ И ОБОЗНАЧЕНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Преобразователи давления эталонные ПДЭ-040 ПДЭ-040И

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие
"ЭЛЕМЕР" (ООО НПП "ЭЛЕМЕР"), г. Москва, г. Зеленоград

ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие
"ЭЛЕМЕР" (ООО НПП "ЭЛЕМЕР"), г. Москва, г. Зеленоград

КОД ИДЕНТИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
ОС

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ
МП 202-02-2022

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 1 год для преобразователей давления эталонных
ПДЭ-040, ПДЭ-040И с пределами допускаемой основной приведенной к верхнему
пределу измерений погрешности, $\gamma = \pm 0,015; \pm 0,025$; - 2 года для преобразователей
давления эталонных ПДЭ-040, ПДЭ-040И с пределами допускаемой основной
приведенной к верхнему пределу измерений погрешности, $\gamma = \pm 0,05$; - 3 года для
преобразователей давления эталонных ПДЭ-040, ПДЭ-040И с пределами допускаемой
основной приведенной к верхнему пределу измерений погрешности, $\gamma = \pm 0,1$.

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 3 августа 2022 г. N 1918.

Заместитель Руководителя

Е.Р.Лазаренко

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 646070CB8590659469A85BF6D1B139C0
Кому выдан: Лазаренко Евгений Русланович
Действителен: с 20.12.2022 до 14.03.2024

«09» января 2023 г.